

Projekt: Modernizace Základní školy Týn nad Vltavou, Malá Strana

CZ.1.14/2.4.00/34.03249

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Příloha č. 1 zadávacího řízení – specifikace dodávky

Dodávka chemických pomůcek (orientační cena: 109 500 Kč bez DPH)

Položka	specifikace	Počet ks
digitální váhy laboratorní	Min. požadavky: spolehlivá váha dodávaná včetně baterií, lze napájet přes síťový adaptér, min. rozpětí vážení od 0,01g	10
laboratorní teploměry digitální	Min. požadavky: teploměr s funkcí MAX-MIN pro zobrazení maximální a minimální teploty během měření a funkcí HOLD pro podržení naměřené teploty na displeji; povolená okolní teplota pro pouzdro z umělé hmoty -10°C ... +40°C. Měřicí rozsah: - 50 ... +300°C Rozlišení: 0,1°C Přesnost: ±1°C (-30°C ... +150°C) ±2°C ve zbylém rozsahu Provozní teplota: -10 ... +40°C Napájení: 1 x 1,5 V knoflíková (součást dodávky)	10
byrety automatické	Min. požadavky: 25 ml; s výpustným teflonovým ventilem a přepouštěcím kohoutem se skleněným kladívkem; automatická dle Pelleta se Schellbachovým pruhem, třída přesnosti AS; s příslušenstvím - lahev zásobník k byretě 2 litry, balonek pryžový k byretě	10
chladiče spirálové	Min. požadavky: se dvěma chlazenými zábrusy délka pláště: 300mm, gumové hadice – odpad, voda	10
destilační aparatury	Min. požadavky: frakční baňka, alonž, baňka k jímání destilátu, gumové zátky	10
nastavitelné mikropipety	Min. požadavky: mikropipeta určená pro přesné, správné a zároveň snadné pipetování; jednokanálový model použitelný v rozsahu 0,1 µl – 10 ml	10
ruční odstředivka na 4 zkumavky	Min. požadavky: ruční centrifuga, kterou lze upevnit na desce stolu; odolný plastový kryt, samomazný převod, bezúdržbový; rotor se 4 stabilními pouzdry pro 4× 15ml centrifugační zkumavky	1